

Autorizovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel

v oboru měřidel protečeného množství vody, měřičů tepla a chladu a jejich členů s přidělenou úřední značkou K 50

Adresa žadatele:

## OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Počet stran: 1

Přílohy: 1

číslo jednací: **0-17/**

AMS K 50 jako orgán provádějící výkon přezkušování stanovených měřidel v souladu s § 11a a 16 zákona č. 505/1990 Sb, o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), provedlo na základě požadavků žadatele přezkoušení stanoveného měřidla ve smyslu § 11a zákona.

Stanovené měřidlo: Vodoměr  
Výrobní číslo: **2012/**  
Výrobce: Zenner  
Typ: ETKD Q3=2,5  
Měřicí rozsah: 0.031-3.125m<sup>3</sup>/h

Místo a datum provedení: Solnice 09.06.2017  
Přílohou tohoto osvědčení je Zkušební protokol č. 547

S ohledem na výsledek přezkoušení výše uvedené stanovené měřidlo **nesplňuje** požadavky stanovené Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14.

Na základě výše uvedeného výsledku zaniká platnost původního ověření stanoveného měřidla ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky a jeho další používání by bylo v rozporu se zákonem.

**Poznámka:**  
122303



  
**Špatenka Libor**  
vedoucí AMS

V Solnici dne **12.06.2017**

"Osvědčení o přezkoušení" a "Zkušební protokol" nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožovány jinak, než v celkovém počtu listů. Výsledky přezkoušení se vztahují k technickému stavu měřidla v době provedení přezkoušení.

## ZKUŠEBNÍ PROTOKOL Č.

o přezkoušení stanoveného měřidla  
podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Příloha k dokumentu "Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla"

Žadatel:

Výrobní č.: 2012/7469734  
Výrobce: Zenner  
Označení: ETKD Q3=2,5  
Typové schválení: DE-07-MI001-PTB  
Teplota: 30 °C  
Průměr: 15 mm  
Rok ověření: 13 Úřední značka: K50  
Počáteční stav v m3: 662  
Komentář:  
Poznámka: 122303

Kriteriální předpis: Opatření obecné povahy č.0111-OOP-C035-14

Zkušební postup: V souladu s Opatřením obecné povahy č.0111-OOP-C035-14

Výsledky vněj.prohl: Měřidlo je opatřeno stanovenými označeními a je způsobilé ke zkoušce

Výsledky technické zkoušky

Zkušební průtok m3/hod	V o d o m ě r			Etalon celkem dm3	Chyba v dm3	Chyba v %	Dovolená chyba v %	Teplota vody ve °C
	Počáteční stav dm3	Konečný stav dm3	Celkem dm3					
Q3 2.500	241.950	295.173	53.22	53.00	0.22	0.42	+/- 4	18
Q2 0.050	295.173	302.417	7.24	8.00	-0.76	-9.45	+/- 4	18
Q1 0.031	302.417	305.381	2.96	5.00	-2.04	-40.73	+/- 10	18

**V případě tučně zvýrazněných parametrů stanovené měřidlo nesplňuje požadavky**

Bez písemného souhlasu AMS RENOVA Solnice se nesmí tento protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušky se vztahují k technickému stavu měřidla v době provedení zkoušení.

Použité etalony: Justur MT 6/15-32, KL 1033-OF-62014-16

Zkoušku provedl: Resslová Dagmar

V Solnici: 12.06.2017 razítko AMS



**Špatenka Libor**  
vedoucí AMS